


**БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА**



България, София 1113, ПК 79, ул. „Акад. Г. Бончев”, Бл. 2,

Тел. (+359 2) 8703361; Факс: (+359 2) 4053061

ДО

**Участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК
QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИМС-БАН, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“**

Относно: Разяснения по постъпило запитване от заинтересовано лице относно
**Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирано научно оборудване“, както
следва:**

1. Каква са граничните честоти на спектралния анализатор, позиция 1?; и
2. Каква е граничната честота на осцилоскопа, позиция 2?

РАЗЯСНЕНИЕ:

По така поставените въпроси предоставям следните разяснения:

Въпрос № 1: Граничните честоти на спектралния анализатор от позиция 1 са от
1 Hz до 26 GHz;

Въпрос № 2: Горната гранична честота на осцилоскопа от позиция 2 да се
тълкува, като брой дискретизации в секунда и да бъде не по-малко от 5 GS/s.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За Директор на ИР към БАН

Акад. Чавдар Руменин,

Оправомощен със Заповед № 29/05.03.2019 г.